

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSN_795027_PL) firmy Nal von Minden GmbH dotycząca wycofania z obrotu i z używania jednej partii (nr 618) testu hemaglutynacyjnego NADAL TPHA (nr katalogowy 795027) z powodu braku komórek testowych (TC) w zestawie.

Submitted by m.koszewski on Tue, 12/03/2024 - 15:35

Załącznik:  [FSN_795027_PL M.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8087>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_795027_PL%20M.pdf