

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 97171742-FA) firmy Boston Scientific dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych partii cewników angiograficznych EXPOTM 5F ze względu na wzrost liczby skarg związanych z niemożnością wprowadzenia przewodnika przez

Submitted by m.koszewski on Wed, 03/04/2024 - 15:28

Załącznik:  [97171742- Customer Letter_VFblank Polish CA.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8131>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/97171742-%20Customer%20Letter%20_%20VFblank%20Polish%20CA.pdf