

Notatka bezpieczeństwa firmy Cepheid dotycząca wycofania z obrotu i z używania zestawów Xpert® Carba-R, nr kat. GXCARBARP-CE-10, nr. partii 1001208183, nr. serii 10808 z powodu fałszywie dodatnich wyników badań pacjentów

Submitted by j.piliszczuk on Tue, 09/04/2024 - 08:50

Załącznik:  [DNB.444.293.2024.JR FSN Cepheid wycofanie zestawów Xpert® Carba-R.PDF](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8138>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.293.2024.JR%20FSN%20Cepheid%20wycofanie%20zestaw%C3%B3w%20Xpert%C2%AE%20Carba-R.PDF>