

Notatka bezpieczeństwa firmy Smiths Medical dotycząca nieużywania wszystkich sterylnych strzykawk Monoject marki Cardinal Health z pompami strzykawkowymi Medfusion™ 3500 i 4000 z powodu ich niekompatybilności (wprowadzono zmiany w wymiarach strzykawk).

Submitted by j.piliszczuk on Wed, 10/04/2024 - 08:37

Załącznik:  [DNB.444.291.2024.JR FSN Smiths Medical strzykawki Monoject marki Cardina__.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8139>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.291.2024.JR%20FSN%20Smiths%20Medica%20strzykawki%20Monoject%20marki%20Cardina__.pdf