

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ 130646) firmy RaySearch Laboratories AB dotycząca bezpieczeństwa używania określonych serii RayStation/RayPlan - (ryzyko błędnego wybrania krzemu (Si) jako materiału w implancie z polimeru żelu silikonowego).

Submitted by j.piliszczuk on Wed, 10/04/2024 - 08:46

Załącznik:  [FSN_RaySearch Laboratories AB_2024_02_23 \(1\).pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8145>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_RaySearch%20Laboratories%20AB_2024_02_23%20%281%29.pdf