

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FS_003_NCR_036_2024) firmy Osypka dotycząca podania błędnej (zbyt długiej) daty ważności przezskórnego cewnika do walwuloplastyki balonowej (PTV Balloon Dilatation Catheter).

Submitted by j.piliszczuk on Tue, 16/04/2024 - 15:40

Załącznik:  [initial_FSN_003_Osypka_Field Safety Corrective Action and Notice_FSCA.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8151>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/initial_FSN_003_Osypka_Field%20Safety%20Corrective%20Action%20and%20Notice_%20FSCA.pdf