

Notatka bezpieczeństwa (97178176-FA) firmy Boston Scientific dotycząca wszczepialnego

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (97178176-FA) firmy Boston Scientific dotycząca wszczepialnego generatora impulsów IPG do głębokiej stymulacji mózgu DBS Vercise Genus R16 IPG, serii 100209 - 753347, oraz Vercise Genus R32 IPG, serii 100104 - 753200.

Submitted by m.koszewski on Wed, 24/04/2024 - 15:53

Załącznik:  [97178176- Customer FSN Form Polish.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8157>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/97178176-%20Customer%20FSN%20%20Form%20Polish.pdf>