

Notatka bezpieczeństwa (23-0017) firmy Karl Storz dotycząca wycofania z obrotu i z używania wszystkich nr serii przewodnic instrumentów laserowych model 8694, 461000 z powodu nieodpowiedniego zwalidowania metod regeneracji

Submitted by m.koszewski on Wed, 24/04/2024 - 15:53

Załącznik:  [DNB.444.279.2024.JR FSN ref. 23-0017 Karl Storz wycofanie przewodnice las__.pdf](#)
[1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8158>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.279.2024.JR%20FSN%20ref.%2023-0017%20Karl%20Storz%20wycofanie%20przewodnice%20las__.pdf