

Notatka bezpieczeństwa (FA1414) firmy Medtronic dotycząca aktualizacji oprogramowania aplikacji StealthStation S8 wersje 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.1.0, 1.2.0 nr mod. 9735762 z powodu ryzyka nie wyświetlania cyfry, litery, przecinka w określonych komunikatach

Submitted by m.koszewski on Tue, 30/04/2024 - 13:46

Załącznik:  [DNB.444.332.2024.JR FSN ref. FA1414\) Medtronic aktualizacji oprogramowan__.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8169>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.332.2024.JR%20FSN%20ref.%20FA1414%29%20Medtronic%20aktualizacji%20oprogramowan__.pdf