

Notatka bezpieczeństwa (36161) firmy GE HealthCare dotycząca bezpieczeństwa używania różnych modeli monitorów CARESCAPE Canvas: 1000, Smart Display oraz CARESCAPE: B850, B650 z powodu ryzyka utraty monitorowania.

Submitted by m.koszewski on Fri, 17/05/2024 - 13:30

Załącznik:  [DNB.444.430.2024.JR FSN ref. 36161 GE HealthCare monitory CARESCAPE utra__.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.430.2024.JR%20FSN%20ref.%2036161%20GE%20HealthCare%20monitory%20CARESCAPE%20utra__.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8184>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.430.2024.JR%20FSN%20ref.%2036161%20GE%20HealthCare%20monitory%20CARESCAPE%20utra__.pdf