

Notatka bezpieczeństwa (C-2024-03) firmy Blue Belt Technologies dotycząca ryzyka zwiększonego błędu rejestracji markera (MRE) podczas używania systemu chirurgicznego CORID z oprogramowaniem Real Intelligence.

Submitted by m.koszewski on Fri, 17/05/2024 - 13:33

Załącznik:  [DNB.444.445.2024.JR FSN ref. C-2024-03 Blue Belt Technologies bezpieczeń__pdf](#)

[1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8187>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.445.2024.JR%20FSN%20ref.%20C-2024-03%20Blue%20B%20elt%20Technologies%20bezpiecze%C5%84__.pdf