

Notatka bezpieczeństwa (RA2024-3589151) firmy Stryker dotycząca wycofania z obrotu i

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (RA2024-3589151) firmy Stryker dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych modeli i partii zaślepek Exeter 2.5 IM, z powodu błędnego oznakowania rozmiaru na opakowaniu: (10 mm zamiast 12 mm).

Submitted by m.koszewski on Fri, 17/05/2024 - 13:42

Załącznik:  [FSN_RA2024-3589151_Plugs_Final_MDR_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8197>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_RA2024-3589151_Plugs%20Final_MDR%20PL.pdf