

Notatka bezpieczeństwa (FY25-EMEA-04-FY24-EMEA-17) firmy Olympus dotycząca wycofania

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FY25-EMEA-04-FY24-EMEA-17) firmy Olympus dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii histeroskopów OES 4000, modeli A4673A oraz A4674A, z powodu niewykonania testu ich szczelności

Submitted by m.koszewski on Fri, 24/05/2024 - 15:33

Załącznik:  [FY24-EMEA-17_Field Safety Notice_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8206>

Links

[1]

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FY24-EMEA-17_Field%20Safety%20Notice_PL.pdf