

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSN_1_2024) firmy Famed Żywiec dotycząca ryzyka zwarcia poprzez uszkodzenie przewodu zasilającego w łóżku medycznym Nexo w wyniku zsunięcia się płyty HPL sekcji oparcia pleców.

Submitted by m.koszewski on Fri, 24/05/2024 - 15:35

Załącznik:  [FSN_1_2024_Famed Żywiec_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8208>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_1_2024_Famed%20%C5%BBywiec_PL.pdf