

**Notatka bezpieczeństwa (2024-PD-US-001) firmy Philips
dotycząca bezpieczeństwa używania adaptatera wieloportowego
systemu ultrasonograficznego serii 5000 Compact model 5500 i
5300 informująca o ryzyku poparzenia przetyku**

Submitted by m.koszewski on Wed, 29/05/2024 - 09:05

Załącznik:  [2024-PD-US-001_Multiport Adapter Issue_Urgent Field Safety Notice.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8214>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2024-PD-US-001_Multiport%20Adapter%20Issue_Urgent%20Field%20Safety%20Notice.pdf