

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSN_LM150TD_2023_03) firmy Löwenstein Medical Technology GmbH dotycząca zaprzestania wentylacji bez wygenerowania alarmu w respiratorach z serii LUISA, TIVAN LS, LifeOne (LM150TD).

Submitted by admin on Wed, 05/06/2024 - 14:21

Załącznik:  [FSN_LM150TD_2023_03.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8225>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_LM150TD_2023_03.pdf