

Notatka bezpieczeństwa (SO-2024-1719) firmy Fresenius Medical Care dotycząca błędów oprogramowania podczas wstępnego testu funkcjonalnego systemu do hemodializy multiFiltratePRO, wersji oprogramowania 6.02 i 5.02, o numerze katalogowym M205001.

Submitted by j.piliszczuk on Thu, 06/06/2024 - 08:19

Załącznik:  [Komunika bezpieczeństwa stosowania produktu multiFiltrat ePRO z formularzem.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8228>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunika%20bezpiecze%C5%84stwa%20stosowania%20produktu%20multiFiltrat%20ePRO%20z%20formularzem.pdf>