

Notatka bezpieczeństwa (2364349) firmy MEGADYNE Medical Products Inc. dotycząca wycofania z obrotu i użytkowania elektrod powrotnych MEGADYNE MEGA SOFT dla pacjentów pediatrycznych, numer 0840, z powodu ryzyka oparzeń do trzeciego stopnia włącznie.

Submitted by m.koszewski on Mon, 10/06/2024 - 16:03

Załącznik:  [Notatka Bezpieczeństa Megadyne Removal FSCA 2364349.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8232>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka%20Bezpiecze%C5%84sta%20Megadyne%20Removal%20FSCA%202364349.pdf>