

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: CL2024-118a) firmy Ortho Clinical Diagnostics Inc dotycząca niestabilności w kalibratorach Anti-HBs produktów VITROS Immunodiagnostic mogących dostarczać fałszywie pozytywne wyniki.

Submitted by m.koszewski on Mon, 10/06/2024 - 16:07

Załącznik:  [Notatka CL2024-118a.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8235>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka%20CL2024-118a.pdf>