

**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 2023-PD-MR-035) firmy Philips Medical Systems Nederland B.V. dotycząca ryzyka upadku pacjenta bądź personelu spowodowanego wyciekami oleju z wózka z regulacją wysokości HA FlexTrak.**

Submitted by m.koszewski on Mon, 10/06/2024 - 16:11

**Załącznik:**  [2023-PD-MR-035 FSN.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8239>

**Links**

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-PD-MR-035%20FSN.pdf>