

**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 940001-940545) firmy Capintec
dotycząca nioczekiwanego ruchu ramienia i kolimatora systemu
Captus 4000e, które może spowodować zranienie pacjenta lub
operatora podczas opadnięcia.**

Submitted by m.koszewski on Fri, 14/06/2024 - 14:43

Załącznik:  [MKTG-800 GroupA Captus SpringArm RetentionPlate SafetyNotice.Final_.4.1.24
Polish.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8248>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/MKTG-800%20GroupA%20Captus%20SpringArm%20RetentionPlate%20SafetyNotice.Final_.4.1.24%20Polish.pdf