

Notatka bezpieczeństwa (QARA-INFO-44) firmy Thermo Fisher Scientific Oy dotycząca odczynnika Cholesterol 981813, numery partii WA26, WB28, dla analizatorów Thermo Scientific Indiko i Konelab, wydana z powodu zmniejszonego poziomu odpowiedzi.

Submitted by m.koszewski on Fri, 14/06/2024 - 14:48

Załącznik:  [QARA-INFO-44 Field Safety Notice Cholesterol decreased linearity - FSN n Customer Response Form- signed-PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8252>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/QARA-INFO-44%20Field%20Safety%20Notice%20Cholesterol%20decreased%20linearity%20-%20FSN%20n%20Customer%20Response%20Form-%20signed-PL.pdf>