

**Notatka bezpieczeństwa (FA2404-01) firmy Smiths Medical
dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych modeli i
seryjnych rurek tracheostomijnych Bivona bez mankietu, dla
noworodków, dzieci i dorosłych z powodu ryzyka pęknięcia
kołnierza**

Submitted by m.koszewski on Fri, 21/06/2024 - 15:48

Załącznik:  [DNB.444.723.2024.JR FSN ref. FA2404-01 Smiths Medical wycofania z obrotu__.pdf](#)
[1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8257>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.723.2024.JR%20FSN%20ref.%20FA2404-01%20Smiths%20Medical%20wycofania%20z%20obrotu__.pdf