

Notatka bezpieczeństwa (FA-2024-035) firmy Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG dotycząca ryzyka powstania oparzeń skóry podczas używania wszystkich modeli i serii lamp operacyjnych iLED 7.

Submitted by m.koszewski on Fri, 21/06/2024 - 15:55

Załącznik:  [merged PL_FA-2024-035.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8261>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/merged%20PL_FA-2024-035.pdf