

Notatka bezpieczeństwa (FSCA20230244004) firmy Löwenstein Medical SE & Co KG dotycząca respiratora dla dziecka Leoni plus HFO / Leoni plus Transport, numery modeli 0217004 / 0217400, wydana z powodu ryzyka zatrzymania wentylacji pacjenta.

Submitted by m.koszewski on Fri, 21/06/2024 - 15:59

Załącznik:  [FSCA2024004 LM pl.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8263>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSCA2024004%20LM%20pl.pdf>