

**Notatka bezpieczeństwa (2023-CC-HPM-045) firmy Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH dotycząca ryzyka braku kalibracji inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi przez monitor IntelliVue X3 Patient, model 867030 oprogramowanie P.01.01 lub P.01.02 z opcją C99.**

Submitted by admin on Tue, 25/06/2024 - 15:27

**Załącznik:**  [FSN 2023-CC-HPM-045\\_Customer.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8265>

**Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%202023-CC-HPM-045\\_Customer.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%202023-CC-HPM-045_Customer.pdf)