

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (QARA-INFO-44) firmy Thermo Fisher Scientific Oy dotycząca odczynnika Cholesterol 981813, partii WA26 i WB28, dla analizatorów Thermo Scientific Indiko i Konelab, wydana z powodu zmniejszonego poziomu odpowiedzi.

Submitted by j.piliszczuk on Tue, 02/07/2024 - 08:24

Załącznik:  [QARA-INFO-44 Field Safety Notice Cholesterol decreased linearity_PL_with_response_form.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8271>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/QARA-INFO-44%20Field%20Safety%20Notice%20Cholesterol%20decreased%20linearity_PL_with_response_form.pdf