

Notatka bezpieczeństwa (2024-PD-MR-008) firmy Philips Healthcare dotycząca ryzyka powstania oparzeń u pacjentów podczas badania rezonansem magnetycznym Intera i Achieva z użyciem różnych modeli cewek SENSE XL Torso.

Submitted by j.piliszczuk on Tue, 02/07/2024 - 08:26

Załącznik:  [2024-PD-MR-008 FSN Final.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8272>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2024-PD-MR-008%20FSN%20Final.pdf>