

Notatka bezpieczeństwa (FSCA/001/06/2024) firmy Emtel Śliwa sp. k. dotycząca ograniczenia zastosowania określonych serii defibrylatorów DefiMax biphasic i Plus u dzieci poniżej 20 kg masy ciała z powodu niepotwierdzenia skuteczności algorytmu AED.

Submitted by m.koszewski on Thu, 04/07/2024 - 14:14

Załącznik:  [Notatka bezpieczeństwa - EMTEL.pdf](#) [1]

 [05.0-00.00.14_IU - IU DefiMax_.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8275>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka%20bezpiecze%C5%84stwa%20-%20EMTEL.pdf>

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/05.0-00.00.14_IU%20-%20IU%20DefiMax_.pdf