

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (RA2024-3589151) firmy Stryker dotyczącej wycofania

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (RA2024-3589151) firmy Stryker dotyczącej wycofania z obrotu i używania określonych partii Zaślepek Exeter 2.5 IM, w związku z podaniem błędnego rozmiaru na opakowaniu (10 mm zamiast 12 mm).

Submitted by m.koszewski on Fri, 12/07/2024 - 15:21

Załącznik:  [FSN_RA2024-3589151_Plugs Final_MDR EN_PL_updated_Proofreaded_LB.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8281>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_RA2024-3589151_Plugs%20Final_MDR%20EN_PL_updated_Proofreaded_LB.pdf