

Notatka bezpieczeństwa (FA00247) firmy Hologic dotycząca ryzyka zakłócania działania wszczepionych aktywnych wyrobów medycznych podczas używania określonych modeli Systemów Densytometrii Kości Horizon DXA.

Submitted by m.koszewski on Wed, 24/07/2024 - 15:22

Załącznik:  [Hologic FSN - FA00247 - MISC-09879-EUR-3401_001_02 PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8296>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Hologic%20FSN%20-%20FA00247%20-%20MISC-09879-EUR-3401_001_02%20PL.pdf