

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa firmy Philips Respironics dotycząca wszystkich serii respiratorów OmniLab Advanced + (OLA+) informująca o zasadach postępowania w przypadku wstrzymania i/lub zatrzymania terapii z powodu alarmu awarii wentylacji.

Submitted by m.koszewski on Fri, 23/08/2024 - 09:01

Załącznik:  [2024-CC-SRC-006 Urgent Field Safety Notice-OLA+-OUS Revision B update pt 8.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2024-CC-SRC-006%20Urgent%20Field%20Safety%20Notice-OLA%2B-OUS%20Revision%20B%20update%20pt%208.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8322>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2024-CC-SRC-006%20Urgent%20Field%20Safety%20Notice-OLA%2B-OUS%20Revision%20B%20update%20pt%208.pdf>