

## **Notatka bezpieczeństwa (FA-TWD-000007) firmy BioFire Diagnostics, LLC (bioMérieux) dotycząca ryzyka uzyskania fałszywie dodatniego wyniku Vibrio/Vibrio cholerae na panelu BIOFIRE GI użytym z określonymi partiami podłoża transportowego Remel™ Cary-Blair**

Submitted by j.piliszczuk on Wed, 28/08/2024 - 12:43

**Załącznik:**  [FSN\\_BioFire Diagnostics\\_LLC \(bioMérieux\)\\_2024\\_07\\_2024.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8333>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_BioFire%20Diagnostics\\_%20LLC%20%28bioM%C3%A9rieux%29\\_2024\\_07%20\\_2024.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BioFire%20Diagnostics_%20LLC%20%28bioM%C3%A9rieux%29_2024_07%20_2024.pdf)