

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FA-24050 FSN) firmy Beckman Coulter dotycząca otrzymania zaniżonych wyników TSH przy użyciu zestaw odczynników Access TSH (3rd IS) 2x200 DET.

Submitted by j.piliszczyk on Tue, 03/09/2024 - 15:16

Załącznik:  [FA-24050_FSN.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8348>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FA-24050_FSN.pdf