

Notatka bezpieczeństwa (QIL FY25-EMEA-13-FY25-OSTA-002) firmy OLYMPUS dotycząca wycofania wyrobu, balonowych cewników Olympus EZDilate z przewodnikiem EGBD-410X-1055, nr partii 408987 z powodu błędnej etykiety.

Submitted by m.koszewski on Fri, 13/09/2024 - 15:52

Załącznik:  [customer letter FY25-EMEA-13-sig.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8361>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/customer%20letter%20FY25-EMEA-13-sig.pdf>