

**Komunikat dotyczący produktu leczniczego Macugen
(pegaptinib sodu) - ryzyko zwiększenia ciśnienia
wewnątrzgałkowego związane ze wstrzyknięciem do ciała
szklistego nadmiernej objętości produktu leczniczego Macugen
(10.09.2012)**

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 31/03/2016 - 21:56

Załącznik:  [Macugen_DHCP_Final_PL_08.2012.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/973>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Macugen_DHCP_Final_PL_08.2012.pdf