

FSME-IMMUN 0,5 ml i FSME-IMMUN 0,25 ml Junior; Wyciek szczepionki z ampułko-strzykawki z dołączoną na stałe igłą związany z pęknięciem lub rozerwaniem części z tworzywa sztucznego, która łączy kaniulę igły ze strzykawką (03.07.2013)

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 31/03/2016 - 22:52

Załącznik:  [Flupirtyna_komunikat.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/fsme-immun-05-ml-i-fsme-immun-025-ml-junior-wyciek-szczepionki-z-ampu%C5%82ko-strzykawki-z-do%C5%82%C4%85czon%C4%85-na>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Flupirtyna_komunikat_0.pdf