

Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca problemu z aplikacją do ręcznego

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca problemu z aplikacją do ręcznego komponowania klisz Manual Film Composer w aparatach Brivo CT315/325, Brivo CT385, Optima CT520 oraz Optima CT540

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 31/10/2013 - 08:38

Załącznik:  [FSN_GE_Healthcare_31.10.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-problemu-z-aplikacj%C4%85-do-r%C4%99cznego-komponowania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_Healthcare_31.10.2013.pdf