

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca interferencji**

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca interferencji fluoresceiny w testach ADVIA Centaur TSH3 Ultra, ADVIA Centaur Vitamin D i ADVIA Centaur BRAHMS Procalcitonin**

Wysłane przez urpl\_redaktor w Pią, 16/05/2014 - 14:13

**Załącznik:**  [FSN\\_Siemens\\_Healthcare\\_Diagnostics\\_16.05.2014.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-inc-dotycz%C4%85ca-interferencji-fluoresceiny>

### **Odnosiniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Siemens\\_Healthcare\\_Diagnostics\\_16.05.2014.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_16.05.2014.pdf)