

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca wycofania z

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych serii kartridżów z odczytnikiem Dimension Hemoglobina A1c (HB1C) Flex (nr katal. DF105A, nr SMN 10483822)

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 13/10/2014 - 10:16

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_13.10.2014a.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-inc-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-0>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_13.10.2014a.pdf