

Notatka bezpieczeństwa firmy Covidien dotycząca braku zgodności elektrod do defibrylacji

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Covidien dotycząca braku zgodności elektrod do defibrylacji Medi-Trace Cadence i Kendall firmy Covidien z defibrylatorami FR3 i FRx firmy Philips, który uniemożliwia ich łączne stosowanie

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 14/10/2014 - 10:18

Załącznik:  [FSN_Covidien_14.10.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-covidien-dotycz%C4%85ca-braku-zgodno%C5%9Bci-elektrod-do-defibrylacji-medi-trace>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Covidien_14.10.2014.pdf