

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche dotycząca możliwości utraty ustawień daty i czasu z powodu usterki kondensatora w pompach insulinowych Accu-Chek Spirit Combo

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 14/10/2014 - 10:19

Załącznik:  [FSN_Roche_14.10.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-roche-dotycz%C4%85ca-mo%C5%Bcliwo%C5%9Bci-utraty-ustawie%C5%84-daty-i-czasu-z-powodu>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche_14.10.2014.pdf