

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca zaworu ograniczającego podciśnienie (NLP) w aparatach do znieczulania IntelliSave AX700, Dameca MRI 508, Siesta, Siesta iTS, Siesta Breasy i Whispa

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 12/01/2015 - 10:11

Załącznik:  [FSN_Philips_Healthcare_12.01.2015_aparaty_do_znieczulania.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-philips-healthcare-dotycz%C4%85ca-zaworu-ograniczaj%C4%85cego-podci%C5%9Bnienie-nlp-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_Healthcare_12.01.2015_aparaty_do_znieczulania.pdf