

Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca korekty zakresów wartości średnich oznaczeń niesprężonej bilirubiny (Bu) w surowicy kontrolnej VITROS Performance Verifier I

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 10/06/2015 - 13:00

Załącznik:  [FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_10.06.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-ortho-clinical-diagnostics-dotycz%C4%85ca-korekty-zakres%C3%B3w-warto%C5%9Bci-%C5%9Brednich>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_10.06.2015.pdf