

Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca nieprawidłowości opr

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca nieprawidłowości oprogramowania podczas instalacji płytki ADD w systemach biochemicznych VITROS 5,1 FS z oprogramowaniem w wersjach od 2.2.1 do 2.8

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 20/05/2015 - 13:30

Załącznik:  [FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_20.05.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-ortho-clinical-diagnostics-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci-oprogramowania>

Odnośniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_20.05.2015.pdf