


## **Notatka bezpieczeństwa firmy Zimmer dotycząca wycofania z obrotu i używania śrub blok**

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

### **Notatka bezpieczeństwa firmy Zimmer dotycząca wycofania z obrotu i używania śrub blokujących systemu płytki blokującej okołostawowej: 3,5 mm x 58 mm, nr kat. 00-2359-058-35, nr serii 62918019 i 2,4 mm x 14 mm, nr kat. 00-2359-014-24, nr serii 62896038**

Wysłane przez urpl\_redaktor w Czw, 07/01/2016 - 09:48

**Załącznik:**  [FSN\\_Synthes\\_07.01.2015.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-zimmer-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-%C5%9Brub-blokuj%C4%85cych-systemu>

#### **Odnosiniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Synthes\\_07.01.2015\\_0.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Synthes_07.01.2015_0.pdf)