

Notatka bezpieczeństwa firmy CytoSorbents Medical Inc. dotycząca niezgodności pozaust.

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy CytoSorbents Medical Inc. dotycząca niezgodności pozaustrojowego adsorbera cytokin CytoSorb 300 ml z podtlenkiem azotu

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 22/01/2016 - 09:57

Załącznik:  [FSN_CytoSorbents_Medical_22.01.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-cytosorbents-medical-inc-dotycz%C4%85ca-niezgodno%C5%9Bci-pozauustrojowego>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_CytoSorbents_Medical_22.01.2016.pdf