

Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca blokady zaworu zwrotnego zasilania

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca blokady zaworu zwrotnego zasilania gazowego w pozycji otwartej w aparatach anestetycznych Aespire 7900, Aespire View, Aestiva 7900, Aestiva MRI, Aisys, Aisys CS2, Avance, Avance CS2 oraz Amingo

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 03/02/2016 - 10:04

Załącznik:  [FSN_GE_Healthcare_03.02.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-blokady-zaworu-zwrotnego-zasilania-gazowego-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_Healthcare_03.02.2016.pdf