

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca interferencji N-acetylocysteiny (NAC) i metamizolu z testami opartymi na reakcji Trindera lub podobnych reakcjach stosowanymi w systemach ADVIA Chemistry

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 14/04/2016 - 11:43

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_ADVIA_14.04.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-inc-dotycz%C4%85ca-interferencji-n>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_ADVIA_14.04.2016.pdf