

Notatka bezpieczeństwa firmy Zimmer GmbH dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych rozmiarów narzędzi Normed typu wiertło kręte kaniulowane oraz typu wiertło kręte V-TEK kaniulowane

Wysłane przez andkar w Wto, 19/07/2016 - 16:10

Załącznik:  [FSN_Zimmer_19.07.2016_dla szpitali i chirurgów.pdf](#) [1]

 [FSN_Zimmer_19.07.2016_dla dystrybutorów.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-zimmer-gmbh-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Zimmer_19.07.2016_dla%20szpitali%20i%20chirurg%C3%B3w.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Zimmer_19.07.2016_dla%20dystrybutor%C3%B3w.pdf